Boluksen annostelu Tandem t:slim mobile app- sovelluksella

Boluksen annostelu Tandem t:slim mobile app™ -sovelluksella edellyttää yhteensopivaa älypuhelinta, joka on yhdistetty Tandem t:slim X2™ -insuliinipumppuun aktiivisen Bluetooth®-yhteyden kautta. Lisätietoja yhteensopivista laitteista löytyy Tandem t:slim mobile app -sovelluksen sovellusoppaassa.

Huom: *Tämä on lyhennetty opetusmateriaali. Vain tietyt vaiheet ja näytöt näytetään. Yksityiskohtaisempia tietoja Tandem t:slim X2™ -insuliinipumpun käyttöohjeessa.*

1



Klikkaa **Bolus** navigointipalkissa.

Huomautus: *Annostellaksesi pidennetyn boluksen tai pikaboluksen, sinun pitää käyttää Tandem t:slim X2 -insuliinipumppua.*

2

Klikkaa **0 grammaa** syöttääksesi bolusannoksen hiilihydraattimäärän

Huomautus: *Jos korostettu alue näyttää "yksiköitä" eikä "grammoja", hiilihydraattitoiminto on pois päältä aktiivisessa henkilökohtaisessa profiilissa.*

3



Syötä haluttu hiilihydraattimäärä. Klikkaa **Valmis** jatkaaksesi.

4

Syötä glukoosiarvo klikkaamalla + **mmol/l** ja klikkaa sitten **Valmis.**

Huomautus: *Joidenkin edistyneiden toimintojen avulla nykyinen glukoosiarvo syötetään automaattisesti jatkuvasta glukoosimonitorista (CGM).*

5

Jos syötetään glukoosiarvo, joka on korkeampi kuin glukoosin tavoitearvon, näyttöön tulee ehdotus korjausboluksen lisäämiseksi. Klikkaa **Kyllä** tai **Ei.**

Jos syötetään glukoosiarvo, joka on matalampi kuin glukoosin tavoitearvon, mutta yli 3,9 mmol/l, näyttöön tulee ehdotus lasketun boluksen pienentämiseksi. Klikkaa **Kyllä** tai **Ei.**

6



Klikkaa **Seuraava** (iOS) tai **Oikea nuoli** (Android) jatkaaksesi.

Huomautus: *Jos laskettu bolus on suurempi kuin asetettu maksimibolus, boluksen määrää vähennetään. Voit muuttaa bolusmäärää myös manuaalisesti klikkaamalla näytön yläreunassa olevia laskettuja yksiköitä.*

7



Vahvista klikkaamalla **Vahvista** (iOS) tai **Rastisymbolia** (Android).

Huomautus: *Laskelmat perustuvat hiilihydraattisuhteen ja korjauskertoimen asetuksiin henkilökohtaisissa profiileissasi.*

8

Klikkaa **Anna kerta-annos**. Käytä puhelimen turvatoimintoa vahvistaaksesi boluksen. Sekä pumppuun että sovellukseen tulee näyttö, jossa bolusannostelu vahvistetaan.

9

Keskeyttääksesi käynnissä olevan boluksen, klikkaa **X** sovelluksen navigointipalkissa tai insuliinipumpun aloitusnäytössä. Vahvista keskeytys.

*Boluksen annostelu Tandem t:slim -mobiilisovelluksesta edellyttää yhteensopivaa älypuhelinta ja käyttöjärjestelmää, Tandem t:slim X2 -insuliinipumpun ohjelmistopäivitystä ja suoritettua koulutusta.

Tärkeää turvallisuustietoa: Insuliinipumppu Tandem t:slim X2 on tarkoitettu insuliinin subkutaaniseen annosteluun, diabetes mellituksen hoitoon insuliinia tarvitsevilla ihmisillä. Pumppu kommunikoi luotettavasti ja turvallisesti yhteensopivien, digitaalisesti yhdistettyjen laitteiden kanssa.

Control-IQ-teknologia on tarkoitettu käytettäväksi yhteensopivan integroidun jatkuvan glukoosimonitorin (CGM) ja Tandem t:slim X2-insuliinipumpun kanssa lisäämään, vähentämään tai keskeyttämään perusinsuliinin annostelun CGM-lukemien ja ennakoitujen glukoosiarvojen perusteella. Control-IQ-teknologia voi myös antaa korjausboluksen, kun sensorin arvon ennakoidaan ylittävän ennalta määritetyn arvon. Pumppu on tarkoitettu käytettäväksi 6-vuotiaille ja sitä vanhemmille henkilöille, jotka tarvitsevat vähintään 10 yksikön päivittäisen kokonaisinsuliiniannoksen ja jotka painavat vähintään 25 kilogrammaa. Pumppu on tarkoitettu yksittäisen potilaan käyttöön. Katso käyttöohjeesta luettelo yhteensopivista insuliinityypeistä.

VAROITUS: Control-IQ-teknologiaa ei saa käyttää alle 6-vuotiailla henkilöillä. Control-IQ-teknologiaa ei myöskään saa käyttää henkilöillä, jotka tarvitsevat alle 10 yksikköä insuliinia päivässä tai jotka painavat alle 25 kiloa.

Järjestelmä ei ole tarkoitettu raskaana oleville naisille, dialyysihoitoa saaville tai kriittisesti sairaille potilaille. Älä käytä järjestelmää hydroksiureahoidon aikana. Pumpun ja järjestelmän käyttäjien on: haluttava ja kyettävä käyttämään insuliinipumppua, CGM-järjestelmää ja kaikkia muita järjestelmän osia kunkin käyttöohjeen mukaisesti, seurattava verensokeriaan hoitavan terveydenhuollon ammattilaisen suositusten mukaisesti; osoitettava riittävää osaamista hiilihydraattien laskennassa; ylläpidettävä riittävää tietämystä diabeteksen omahoidosta, tavattava säännöllisesti terveydenhuollon ammattilainen sekä omattava riittävä näkö ja/tai kuulo, jotta voi havaita kaikki pumpun toiminnot, mukaan lukien varoitukset, hälytykset ja muistutukset. Jos CGM-lukemat eivät vastaa oireita tai odotuksia, verensokeri on tarkistettava verensokerimittarilla ennen diabeteksen hoitopäätösten tekemistä. Insuliinipumppu Tandem t:slim X2 on irrotettava ennen magneettikuvausta (MRI), tietokonetomografiaa (CT) tai diatermiakäsittelyä. Lisätietoja tärkeistä turvallisuusasioista löydät osoitteesta **tandemdiabetes.com/safetyinfo**.

Tandem t:slim X2 Mobile App -sovelluksen näytön tiedot eivät aina ole täysin identtiset pumpun näytön tietojen kanssa. Langattomat lataukset Tandem t:slim X2 Mobile App -sovelluksesta pilvipohjaiseen Tandem Source -alustaan edellyttävät yhteensopivaa älypuhelinta sekä langatonta datayhteyttä tai verkkoyhteyttä. Hoitohenkilöstön ei tule käyttää latauksia Tandem Source -alustalle etäseurantaan, koska lataukset eivät tapahdu reaaliajassa. Matkapuhelinoperaattorin tavanomaiset datamaksut voivat koskea latauksia.

Tandem t:slim X2 Mobile App -sovellus: Tandem t:slim X2 Mobile App -sovellus on tarkoitettu toissijaiseksi näytöksi, Tandem t:slim X2 -insuliinipumpun peiliksi, ja se voi ladata pumpun tiedot langattomasti Tandem Source -alustalle. Tandem t:slim X2 Mobile App -sovellusta ei ole tarkoitettu ohjaamaan insuliinipumppua, eikä sen ole tarkoitus korvata insuliinipumpussa näkyviä tietoja. Annostelupäätöksiä ei pidä tehdä toissijaisen näytön perusteella. Käyttäjän tulee noudattaa CGM-laitteen ja insuliinipumpun ohjeita. Tätä toissijaista näyttöä ei ole tarkoitettu korvaamaan lääkärin suosittelemaa omaseurantaa ja itsehoitoa.

FI-2181-250411

© 2025 Rubin Medical Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. Tandem Diabetes Care on rekisteröity tavaramerkki ja t:slim X2™, Control-IQ™ ja mobile app™ ovat Tandem Diabetes Care Inc:n tavaramerkkejä. Bluetooth®-sanamerkki ja logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja Tandem Diabetes Care, Inc. käyttää näitä tavaramerkkejä lisenssin perusteella. Kaikki muut kolmansien osapuolten tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

Rubin medical

t:slim X2™ Insulin Pump

rubinmedical.fi Puh +358 (0) 3422 1150